



LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A

Rua Equador, 300 - Jd. Santa Clara do Lago II

Hortolândia / SP CEP: 13186.470

Fone: (19) 3515-4444 | Fax: (19) 3515-4451

www.labtecanalises.com.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 1120197-1

Cliente: RAINHA LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA
Endereço: EST MUNICIPAL THEODOR CONDIEV,1005 JD MARCHISSOLO
Cidade: SUMARE - SP
CNPJ: 02.400.660/0001-95
Fone: (19) 3828-9999
Contato: MIRIAM M. U. MIRANDA

Código do Cliente: 2275/14579
CEP: 13171-105
IE: 671.086.376.110
Fax:

Amostra: WHEY PRO-F CHOCOLATE 900GR L:4030009/2320 - VAL:10/17

Número da Amostra: 1120197

Data de Recebimento da Amostra: 30/10/2015

Data de Realização do ensaio: 04/11/2015

Data de Emissão do relatório: 10/11/2015

| Análises / Ensaios | Métodos | Resultados | Incertezas | Especificações |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|----------------|
| Proteína Bruta (g/100g) | pro-mtd-5.04-0804-R4 | 66,98 | +/- 0,74 | ----- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Comentários

Cliente: RDC 360/03 - Tolerancia admitida de +20% com relacao aos valores de nutrientes declarados no rotulo.

Laboratório: Proteína Bruta (Nitrogênio*6,38). A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência (k=2).

Maria Cláudia C. Santos
Analista de Laboratório
CRQ - IV Região: 04230901

Jaqueline Deutsch
Responsável Técnico
CRF-SP: 52229

Os Resultados referem-se exclusivamente à amostra recebida pelo Laboratório. Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, sua reprodução parcial requer aprovação formal deste laboratório.